



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1180-250328)

茲證明

財團法人國家實驗研究院
國家地震工程研究中心校正實驗室

台北市大安區辛亥路三段 200 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018
認證編號：1180
初次認證日期：九十二年十二月一日
認證有效期間：一百一十一年十二月五日至一百一十四年十二月四日止
認證範圍：校正領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一十四年三月二十八日

認證編號：1180
實驗室主管：曾建創

振動量/聲量

項目代碼 /校正件	最高 工作標準件 廠牌/型號	校正方法 文件名稱 /編號	校正範圍			量測條件		最小 不確定度	
			最小 值	單位	最大 值	單位	說明	數值	單位
KB1001 加速規	Allied Signal /QA-2000/925	自訂加速規校正標準作業程序書 (文件編號：NQP13)		V/(m/s ²)			0.5 m/s ² @0.8 Hz	2.0	%
				V/(m/s ²)			1 m/s ² @1 Hz	2.0	%
				V/(m/s ²)			1.5 m/s ² @2 Hz	2.0	%
				V/(m/s ²)			5 m/s ² @ (5, 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70) Hz	2.0	%

報告簽署人：吳紀弘；鄭橙標

註：最小不確定度係以約 95 % 信賴水準之擴充不確定度表示
(以下空白)

