



財團法人全國認證基金會
Taiwan Accreditation Foundation

認證證書

(證書編號：L1451-250328)

茲證明

財團法人國家實驗研究院

國家地震工程研究中心地震模擬實驗室

台北市辛亥路三段 200 號

為本會認證之實驗室

認證依據：ISO/IEC 17025：2017；CNS 17025：2018

認證編號：1451

初次認證日期：九十四年五月十七日

認證有效期間：一百一十三年四月二日至一百一十六年四月一日止

認證範圍：測試領域，如續頁

董事長

陳怡鈴



掃描確認真偽

中華民國一十四年三月二十八日

認證編號：1451
實驗室主管：曾建創

▼ 21.99 建築材料

機械元件

A002 振動測試

(1) AC 156 (2010, 2020 年 12 月修訂) Sec. 6.4.1, 6.4.5, 6.5.1, 6.5.3

(2) IEEE Std 693-2018 Sec. A.1.2.5 排除 a) 與 b) , A.1.2.6, 圖 A.2

(3) GR 63 CORE: 2017 Sec. 4.4.1.2/R4-66、R4-67、5.4.1、5.4.1.2、5.4.1.3/Frame-Level、Frame Level Instrumentation Configuration /1, 3

振動台頻率範圍: (1 to 50) Hz

全載最大荷重: 392.266 kN, 40000 kgf

報告簽署人: 吳紀弘; 鄭橙標

(以下空白)

